



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Візіограф НК 024:2019 37635 інтраоральна універсальна стоматологічна рентгенівська система, аналогова), зумовлена видом основної діяльності установи – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою населення.

Процедура закупівлі: спрощена закупівля.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Візіограф	шт.	2

Запропонований учасником товар за медико-технічними властивостями повинен відповідати наступним медико-технічним вимогам:

I. Медико-технічні вимоги до візіографа

№ п/п	Технічні характеристики:	
1	Цифровий сенсор стоматологічної візуалізації, інтраоральний спрямований на створення інтраорального рентгенівського знімку, що вимагає роботи з джерелом рентгенівського випромінювання і програмою візуалізації в стоматологічній клініці для стоматологів та ортодонтів.	Наявність
2	Функціональні компоненти:	
	.сенсор	Наявність
	.контролер зображення	Наявність
	.система фіксації зображення	Наявність
	.з'єднувальний кабель (USB порт)	Наявність
	.USB-кабель	Наявність
3	Живлення до контролера і сенсора подається через USB порт і не вимагає наявності батарейок або зарядного пристрою	Наявність

4	Пристрій працює спільно з програмою візуалізації	Наявність
5	Технічні характеристики:	
	.сенсор	APS CMOS
	.зовнішні розміри (мм)	39x27,5
	.активна область сенсора (мм)	30x22,5
	.товщина сенсора	6 мм
	.динамічний діапазон	0~4,096
	.потужність	5B±0,5 B
	.передача зображення	USB2.0
	.довжина кабелю, не менше	3 м
6	Вимоги до комп'ютерної системи:	
	.процесор	Intel 1.7 GHz або більше
	.пам'ять	Понад 4 GB
	.жорсткий диск	Понад 40 GB
	.відеокарта	NVIDIA/ATI 256MBRMA
	.дисплей	Роздільна здатність 1024 × 768 (15")
	.інтерфейс	USB 2.0
	.операційна система	Windows XP/Win7/Win10 (32 bit &64bit)
	.резервний носій	Мобільний диск
7	Програма візуалізації HandyDentist	Наявність
8	Установка в інші програми з функцією Twain	Наявність
9	Інтерфейс користувача: 1. Система меню програмних вікон 2. Панель меню 3. Панель інструментів 4. Список обліку пацієнтів 5. Карта зубів 6. Цільовий фрейм 7. Інформація про зображення	Наявність
10	Введення інформації про пацієнта	Наявність
11	Збереження зображень для пацієнта	До 20 зображень
12	Робота із зображеннями:	
	.викладення декількох картинок разом	Наявність

	.редагування та видалення зображень	Наявність
	.імпорт та експорт зображень	Наявність
	.друк зображень	Наявність
	.розширення зображень	Наявність
	.регулювання кольору	Наявність
	.регулювання яскравості/контрасту	Наявність
	.регулювання різкості для поліпшення якості нечітких знімків	Наявність
13	Комплектація:	
	.Рентгенівська система візуалізації	1 шт.
	.USB-флеш-накопичувач	1 шт.
	.Тримач	1 шт.
	.Керівництво з експлуатації	1 шт.
	.Карта контролю якості та гарантії	1 шт.

Загальні вимоги :

1. Доставка товару повинна здійснюватись за рахунок постачальника, на адресу Замовника, та з обов'язковим підключенням та введенням в експлуатацію.
2. Товар повинен бути новим, таким, що не перебував в експлуатації, не використовувався у якості демонстраційного зразка.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та\або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку
5. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.
6. Наявність інструкцій українською мовою.
7. Наявність сертифікованого виробником сервісного центру на території України та фахівців, що пройшли навчання у виробника.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить **163 800,00грн з ПДВ.**