



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00
E-mail: polyclinic6@ukr.net, сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015: 38430000-8 - 33190000-8 **Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні**, (НК 024:2019- 12500- Медична сумка, 38458 - Стіл для огляду терапевтичних процедур, механічний, 15620- Стельова роликоролейкова система для переміщення інфузійних стійок і консолей, 40517-Упаковка для стерилізації, багаторазового використання) зумовлена видом основної діяльності установи – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою населення.

Процедура закупівлі: спрощена закупівля.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
.1	Сумка-укладка медсестри (фельдшера) СУМ	шт.	52
.2	Столик для внутрішньовенних ін'єкцій СДІ-1	шт.	5
.3	Штатив для довготривалих вливань ШДВ-У	шт.	20
.4	Пакет паперовий самоклеючий з мішкового (крафт) паперу ПБСк 250*320	шт	1000

Запропонований учасником товар за медико-технічними властивостями повинен відповідати наступним медико-технічним вимогам:

I. Медико-технічні вимоги до :

I. Сумка-укладка медсестри (фельдшера) СУМ

Найменування	Технічні характеристики
Сумка-укладка медсестри	Призначена для розміщення, та переносу функціональних комплектів, медичного інструментарію, перев'язочних матеріалів, кровоспинних засобів, виробів для ін'єкцій, які

(фельдшера)СУМ	входять до складу наборів для лікарів загальної практики, фельдшерських наборів, наборів медсестер, та лікаря-терапевта і т.д.
	Конструкція: Напівжорстка конструкція, прямокутної форми. Сумка-укладка повинна мати не менше 4-х зовнішніх відділів, один з них повинен бути придатне для зберігання документів. Кожен відділ окремо закривається стрічкою типу «блискавка». Сумка повинна мати можливість широко розкриватися для швидкого та зручного доступу до вмісту сумки. Для переноски сумки в руках повинно бути передбачена пластмасова ручка, а також повинна мати довгий плечовий ремінь для зручного переносу.
	Габаритні розміри: Висота - 250 мм. Довжина - 350 мм. Ширина - 170 мм
	Внутрішня поверхня сумки: повинна мати підкладкову тканину, яка пристосована для дезінфекції
	Зовнішня поверхня сумки: повинна бути з тканина з вологостійким покриттям

II. Столик для внутрішньовенних ін'єкцій СДІ-1

Найменування	Технічні характеристики
Столик для внутрішньовенних ін'єкцій	Призначений для зручності розміщення руки пацієнта при виконанні внутрішньовенних ін'єкцій, для забору крові та оперативних втручань на руці
	Конструкція на чотирьох опорах зі ступінчастим регулюванням по висоті
	Обробка поверхонь столика дезінфікуючими розчинами
	М'яке ложе має можливість регулювання по висоті над рівнем підлоги і куту нахилу щодо горизонталі
	Фіксація обраного положення ложементу за допомогою гвинтових затискачів
	Покриття ложе із спеціальної водостійкої медичної тканини, що витримує обробку дезінфікуючими засобами.
	Додаткова полиця з нержавіючої сталі для розміщення необхідних матеріалів
	Регулювання висоти ложе в межах 710-820 мм
	Габаритні розміри ложе: 200 мм x 600 мм
	Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 (дванадцять) місяців
	Після гарантійне обслуговування
	Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію)
	Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та	

	меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)
	Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)
	Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)
	Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.
	Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.
	Рік виготовлення не раніше 2021

III . Штатив для довготривалих вливань ШДВ-У

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
1. Технічні характеристики		
1.1	Висота	1820±10 мм
1.2	Підстава (діаметр)	Ø550±10 мм
1.3	Комплектація	Хрестовина – 1 шт. Трубка з флаконотримачем – 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт.
1.4	Матеріал каркасу	Штатив являє собою розбірну конструкцію, що складається з нижньої частини штатива і верхньої трубки з флаконотримачем.
1.5	Фарбування	Штатив пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.
1.6	Маса виробу	Не більше 10 кг
1.7	Навантаження, що допускається	до 5 кг
1.8	Виробництво	Україна

IV . Пакет паперовий самоклеючий з мішкового (крафт) паперу ПБСк 250*320

Технічні характеристики
Пакети призначені для пакування медичних виробів, що підлягають стерилізації (парової, повітряної, етиленооксидної, пароформальдегідної та радіаційної), з метою забезпечення їх стерильності після стерилізації при зберіганні і транспортуванні до використання за призначенням
Пакети являють собою прямокутний конверт з двома склеєними бічними і нижнім швами. На виступаючій частині зворотнього боку пакету (клапані) нанесено липку основу, що захищена антиадгезивним папером. На лицьовій стороні пакету є хімічний індикатор 1 класу по ДСТУ ISO 11140-1, що дозволяє відрізнити пакети, що пройшли стерилізацію, від пакетів що не підлягали стерилізації.
Пакети запечатують за допомогою адгезивної самоклеючої смужки без застосування спеціального запечатуючого пристрою.

Загальні вимоги :

1. Доставка товару повинна здійснюватись за рахунок постачальника, на адресу Замовника, та з обов'язковим підключенням та введенням в експлуатацію. (надати гарантійний лист в довільній формі)

2. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від учасника в довільній формі).
3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку. Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико - технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов'язковим указанням відповідності в інструкції користувача, в експлуатаційно-технічній документації або у каталозі, тощо - українською мовою, з зазначенням сторінки відповідного документу, або назви документу.
5. Надати копії інструкцій, паспортів, експлуатаційно-технічної документації, технічних описів тощо (українською мовою), що підтверджують відповідність наданих пропозицій медико - технічним характеристикам.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 69 000,00грн з ПДВ.