



**УКРАЇНА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЗОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**  
**ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6»**  
**ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

просп. Ювілейний, 54-Б, м. Харків, 61153, тел. +38 (057)725-57-00, факс +38 (057)725-57-00  
E-mail: [polyclinic6@ukr.net](mailto:polyclinic6@ukr.net), сайт: <http://6pol.city.kharkov.ua/>, код ЄДРПОУ 02001506

---

**Обґрунтування**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**  
**призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на вимогу постанови КМУ від 16.12.2020 р. №1266:

Назва предмета закупівлі: код згідно ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019 33109 – Система стоматологічна рентгенівська інтраоральна пересувна, цифрова) Дентальний рентген апарат. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2021-06-01-005056-b**. Необхідність у закупівлі за ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019 33109 – Система стоматологічна рентгенівська інтраоральна пересувна, цифрова) Дентальний рентген апарат визначена відповідно до потреб замовника.

Процедура закупівлі: відкриті торги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування параметру /характеристики	Технічні вимоги	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1	Тип кріплення	1) Мобільного типу	
		2) Стійка рентгену зі стільцем для пацієнта являють собою цільну конструкцію	
2	Параметри трубки	1) Генератор: - змінного струму, мікропроцесорне керування	
		2) Трубка рентгенівська Toshiba	
		3) Розмір фокусної плями – не більше 0,8 мм	
		4) Напруга на аноді не більше – 70 кВт	
		5) Анодний струм – 8 мА	
3	Керування процесом	1) Безпроводний пульт запуску рентгену	
		2) Пульт керування з дисплеєм	
		3) Встановлення часу експозиції – 0,2-4сек	
4	Безпека для лікаря та пацієнта	1) Загальна фільтрація – не менше 2 мм Al	

#### Загальні вимоги:

1. Обладнання повинне бути зареєстровано в Україні або дозволене для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту;

- завіреною копією сертифікату відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.

2. Якість обладнання повинно підтверджуватись Сертифікатом на систему управління якістю та Висновком державної санітарно епідеміологічної експертизи. (надати копію в складі тендерної пропозиції).

3. Наявність на території України сертифікованого виробником фахівця (надати копію сертифікату у складі тендерної пропозиції)

4. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні, (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого тендерною документацією та пропозицією учасника (надати копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції)/

5. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним та якісним вимогам, встановленим в Технічній специфікації, викладеній у даному додатку до Документації та бути поставлений Замовнику у кількості, номенклатурі та у строки вказані Замовником у тендерній документації.

6. Відповідність технічних характеристик товару, запропонованого Учасником, вимогам, встановленим в Технічній специфікації, яка викладена у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування) або рекламної інформації), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених копій цього документу. Підтвердження відповідності технічних характеристик товару, запропонованого Учасником, вимогам, встановленим в Технічній специфікації, надається Учасником у формі заповнених таблиць, що наведені нижче.

7. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дати інсталяції приладу у Замовника.

8. Рік випуску – не раніше 2020р.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить **76 800,00 грн з ПДВ.**